

Prohlášení o shodě Declaration of conformity EU

1. Typ zařízení: Vodoměr JS, JS90 (Smart D+)
Instrument model: Water meter JS, JS90 (Smart D+)
 2. **Výrobce/Manufacturer: Apator Powogaz S.A.**
Adresa/Address: Jaryszki 1 C , 62-023 Żerniki
Stát/country: Polsko
Telefon / phone: +48 (61) 8 418 101
Email: sekretariat.powogaz@apator.com
 3. Prohlašujeme na svou plnou odpovědnost,
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
 4. Mechanický vodoměr jednovtokový JS, JS90:
Vane-wheel single-jet mechanical water meter JS, JS90:
Teplotní třída: T30, T50 a T90/ temperature class T30, T50 and T90
Nominální průměr/nominal diameter
DN 15 o trvalém průtoku: 1,6 m³/h, 2,5 m³/h; poloha H; R=80, R=100, R=160, R=200
DN15 with permanent flow rates: 1,6 m³/h, 2,5 m³/h; position H; R=80, R=100, R=160, R=200
DN 20 o trvalém průtoku: 2,5 m³/h, 4 m³/h; poloha H; R=80, R=100, R=160. R=200
DN20 with permanent flow rates: 2,5 m³/h, 4 m³/h; position H; R=80, R=100, R=160, R=200,
Je shodný s typem popsáním v certifikaci číslo EU SK20-MI001-SMU059, verze 2 vydání dne 29-04-2022, platí do 27.02.2030
According with certicate EC number SK20-MI001-SMU059 Revision 2 issued 29-04-2022 valid until 27-02-2030
 5. Ke kterému se vztahuje tato deklarace a který je shodný se základními požadavky harmonizačních právních předpisu EU.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation
Základní požadavky: Nařízení ministra rozvoje ze dne 2. června 2016 o požadavcích na měřicí přístroje, kterým se do polské legislativy zavádí směrnice 2014/32 /EU
Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32/EU
 6. Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo příslušné normativní dokumenty, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se prohlašuje shoda
References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Dle norem: EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011, EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006, OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2013, EN ISO 4046-1:2017, EN ISO 4064-2:2017, EN ISO 4064-3: 2014, EN ISO 4064-5:2017,
Standards: EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011, EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006, OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2013, EN ISO 4046-1:2017, EN ISO 4064-2:2017, EN ISO 4064-3: 2014, EN ISO 4064-5:2017,
 7. Systém kvality výroby, kontrola finálního výrobku i testování vodoměrů (příloha II D modul) byl schválen Notifikovanou osobou 1781 SMU ve shodě se směrnicí 2014/32/EU (Certifikát č. SK23-QD-SMU003* platný do 27. 10. 2026)
The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex I module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU(Document number SK23-QD-SMU003* valid until 27. 10. 2026]
- kde *) revize platná ke dni vydání tohoto prohlášení o shodě
(where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity
8. Dodatečné informace:
Additional information:


Apator Powogaz S.A

Předseda Představenstva - Generální Ředitel
CEO, President & Managing Director

Apator Powogaz S.A


Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki
tel.: 48 (61) 841 81 01
NIP 781-00-20-601,
REGON P-630509799
www.apator.com


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM


Kamil Burda

Żerniki ,dne: 28.10.2023
Vydání/edition: 02
QM-001.03.39 CZ-A


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZSZ


Katarzyna Janowicz