



MĚŘÍCÍ ROZSAH: 0+600°C
 KALIBROVÁNO: 100±10°C
 KONTROLA KALIBRACE: 250±10°C
 MAX. TEPLOTA HLAVICE: 70°C
 TŘÍDA PŘESNOSTI: 2