

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber

APATOR METRA s.r.o.
Havlickova 919/24
787 01 Šumperk
TSCHECHIEN

Produkt

Heizkostenverteiler - Geräte mit elektrischer Energieversorgung

Typ, Modell

E-ITN 40

Prüfgrundlage(n)

DIN EN 834:2017-02
Zertifizierungsprogramm Heizkostenverteiler (2017-04)

Konformitätszeichen**Registernummer**

298/20 E

Gültig bis

2025-07-31

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2020-09-29

Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer

A blue ink handwritten signature of Robert Zorn.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

298/20 E von 2020-09-29

Technische Angaben

Ausführungen: E-ITN 40.xx, E-ITN 40.xx EX mit externem Fühler

Bauart: Kompaktgerät mit lokalen, separat messenden Sensoren, Zweifühler-Messverfahren

Messwertausgabe: dezentral

Obere Temperatur-Einsatzgrenze $t(\max)$: 105 °CUntere Temperatur-Einsatzgrenze $t(\min)$:
 $t(\min) = 35$ °CBasiszustand: $t_m = 50$ °C**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**Strojírenský zkušební
ústav, s.p. (SZU)
Hudcova 424/56b
621 00 Brno 21
TSCHECHIEN**Prüfbericht(e)**

39-14337/T von 2020-07-27

