

Prohlášení o shodě

Declaration of conformity EU

1. Typ zařízení: Vodoměr JS
Instrument model: Water meter JS
2. **Výrobce/Manufacturer: Apator Powogaz S.A.**
Adresa/Address: Jaryszki 1 C, 62-023 Żerniki
Stát/country: Polsko
Telefon / phone: +48 (61) 8 418 101
Email: sekretariat.powogaz@apator.com
3. Prohlašujeme na svou plnou odpovědnost,
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
4. Mechanický vodoměr jednovtokový JS:
Vane-wheel single-jet mechanical water meter JS:
Teplotní třída: T30, T50 / temperature class T30, T50
Nominální průměr/nominal diameter
DN 50 o trvalém průtoku: 25 m³/h; poloha H; R=315, R=160
DN50 with permanent flow rates: 25 m³/h; position H; R=315, R=160
DN 65 o trvalém průtoku: 40 m³/h; poloha H; R=315, R=160
DN 65 with permanent flow rates: 40 m³/h; position H; R=315, R=160
DN 80 o trvalém průtoku: 63 m³/h; poloha H; R=315, R=160
DN 80 with permanent flow rates: 63 m³/h; position H; R=315, R=160
DN 100 o trvalém průtoku: 100 m³/h; poloha H; R=315, R=160
DN 100 with permanent flow rates: 100 m³/h; position H; R=315, R=160
Je shodný s typem popsáním v certifikaci číslo SK15-103 MI-001 revize 2, dodatek 2 vydání dne 29-04-2022, platí do 10.12.2025
According with certicate number SK15-103 MI001 Revision Add. issued 29-04-2022 valid until 10-12-2025
5. Ke kterému se vztahuje tato deklarace a který je shodný se základními požadavky harmonizačních právních předpisu EU.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation
Základní požadavky: Nařízení ministra rozvoje ze dne 2. června 2016 o požadavcích na měřicí přístroje, kterým se do polské legislativy zavádí směrnice 2014/32 /EU
Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32/EU
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo příslušné normativní dokumenty, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se prohlašuje shoda
References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Dle norem: OIML R49-1 2006, OIML R49-2 2006, EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2+A2:2011, EN 14154-3:2005+A2:2011, WELMEC 8.11, WELMEC 11.1,
Standards: OIML R49-1 2006, OIML R49-2 2006, EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2+A2:2011, EN 14154-3:2005+A2:2011, WELMEC 8.11, WELMEC 11.1,
7. Systém kvality výroby, kontrola finálního výrobku i testování vodoměrů (příloha II D modul) byl schválen Notifikovanou osobou 1781 SMU ve shodě se směrnicí 2014/32/EU (Certifikát č. SK20-QD-SMU003* platný do 27. 10. 2023)
The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex I module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU (Document number SK20-QD-SMU003* valid until 27. 10. 2023)
kde *) revize platná ke dni vydání tohoto prohlášení o shodě
(where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity
8. Dodatečné informace:
Additional information:

Apator Powogaz S.A

Předseda Představenstva - Generální Ředitel
CEO, President & Managing Director

Apator Powogaz S.A


Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki
tel.: 48 (61) 841 81 01
NIP 781-00-20-601,
REGON P-630509799
www.apator.com


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM


Kamil Burda

Żerniki ,dne: 15.07.2022
Vydání/edition: 01
QM-001.03.28 CZ-A


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU DS. ZSZ


Katarzyna Janowicz